

Техническая спецификация услуг по поверке/ калибровке образцового ТТ

№ п/п	Номеклатурный номер	Полное наименование услуг	Полная техническая характеристика Услуг			
			Класс точности	Тип средства измерений	Кол-во, шт.	Сроки оказания услуг
1	826101102	Поверка образцового трансформатора тока	0,05	ТТИП 5000/5	1	По заявке в течении 2019г.

Примечания:

- 1 Потенциальный поставщик должен включить все расходы, связанные с, оказанием услуг (включая НДС, услуги по поверке, стоимость поверительных пломб и лейбл, расчёт результата расширенной неопределённости).
- 2 Потенциальный поставщик должен предоставить вместе с ценовым предложением цену на услугу по поверке средств измерений.
- 3 Поставщик должен предоставить результат расчёта расширенной неопределённости при проведении поверки на каждое средство измерений.
- 4 Услуги оказываются в лаборатории поставщика и по заявке в случае необходимости на объектах АО «ВК РЭК».

Паспорт закупки

Услуги по поверке/ калибровке образцового ТТ

- 1 Наличие у потенциального поставщика Аттеста Аккредитации на поверку средств измерений и области аккредитации на поверку средств измерений (подтвердить в составе заявки).
- 2 При заключении договора потенциальный поставщик должен предоставить нотариально заверенную копию Аттеста Аккредитации на поверку средств измерений и копию области аккредитации по поверке средств измерений.