

Техническая спецификация услуг по поверке/калибровке электрических величин средств измерений

№ п/п	Полное наименование Услуг	Полная техническая характеристика услуг			
		Класс точности	Тип средства измерений	Кол-во, шт.	Сроки оказания услуг
1	Калибровка автоцистерны 10.5, 16 м3			2	По заявке в течении 2020г.
2	Калибровка автоцистерны 8 м3			1	По заявке в течении 2020г.
3	Калибровка автоцистерны 4 м3			1	По заявке в течении 2020г.
4	Калибровка ампервольтметра	1,0/ 0,5	Ц4311	2	По заявке в течении 2020г.
5	Калибровка амперметра	0,2	Д5080, Д5081, Д5017, Д566, Д553	10	По заявке в течении 2020г.
6	Калибровка аппарата для поверки ТТ и ТН		К-507	1	По заявке в течении 2020г.
7	Калибровка вольтметра	0,2	Д5082, Д566, Д5015, Д553, Д5081	10	По заявке в течении 2020г.
8	Калибровка магазина нагрузок	4	МР3025	1	По заявке в течении 2020г.
9	Калибровка магазина емкости		Р513	1	По заявке в течении 2020г.
10	Калибровка магазина сопротивлений	0,02	Р404, Р4057, Р4007, Р4075 Р4080, Р4082, Р4083, Р4831, Р4047	15	По заявке в течении 2020г.
11	Калибровка магазина сопротивлений	0,1	Р4042, Р40107, Р40104, Р40101, Р4002, Р10101	7	По заявке в течении 2020г.
12	Калибровка магазина сопротивлений	0,05	МСР-63	4	По заявке в течении 2020г.
13	Калибровка магазина сопротивлений	0,1	Р14	1	По заявке в течении 2020г.
14	Калибровка микроамперметра	0,2	М2005, М2042, М2044	3	По заявке в течении 2020г.
15	Калибровка милливольтметра	0,2	М2007, М1107, М2044	3	По заявке в течении 2020г.
16	Калибровка фазометра		Д578, Д5781	3	По заявке в течении 2020г.
17	Калибровка трансформатора тока	0.1, 0.2	И515, И515/1, И515М/1	6	По заявке в течении 2020г.
18	Поверка моста переменного тока		СА-7100, Р5026М	5	По заявке в течении 2020г.
19	Поверка прибора энергетика	2	Энергомера СЕ602-400К	3	По заявке в течении 2020г.
20	Калибровка секундомера механический		СОПр, СОСпр, СДСпр	10	По заявке в течении 2020г.
21	Калибровка установки		ЦУ-6800 И/2	1	По заявке в течении 2020г.
22	Аттестация лабораторной печи		SNOL-63/350	2	По заявке в течении 2020г.
23	Калибровка мультиметра цифрового (образцового)		Fluke-8845A, В7-87	2	По заявке в течении 2020г.
24	Калибровка гигрометра психрометрического		ВИТ-1, ВИТ-2	5	По заявке в течении 2020г.
25	Поверка лазерного дальномера		Leica Disto D2, Leica Disto D5	3	По заявке в течении 2020г.
26	Поверка тахографа		Кингле 1318.27,	2	По заявке в течении 2020г.
27	Поверка хроматографа (2 датчика)		Хроматек Кристал 5000	2	По заявке в течении 2020г.
28	Калибровка барометра метрологического (поверка в Алматы)		БАММ-1	2	По заявке в течении 2020г.
29	Поверка установки для определения температуры вспышки в закрытом тигле		ТВЗ	2	По заявке в течении 2020г.

30	Поверка газоанализатора выхлопных газов		Автотест	1	По заявке в течении 2020г.
31	Поверка дымомера		Мета	1	По заявке в течении 2020г.
32	Калибровка установки		У-1134	3	По заявке в течении 2020г.
33	Калибровка установки		У-300	3	По заявке в течении 2020г.
34	Поверка посуды лабораторной		Колба В (Dagra,GDR), Цилиндр В (Dagra,GDR)	3	По заявке в течении 2020г.
35	Калибровка частотомера	0,5	Ц300	5	По заявке в течении 2020г.
36	Поверка конденсатора воздушного образцового		P5023, Вектор С- 10	2	По заявке в течении 2020г.
37	Поверка рефлектометра портативного цифрового		РЕЙС-105М	2	По заявке в течении 2020г.
38	Поверка ареометра		АОН	3	По заявке в течении 2020г.
39	Поверка динамометра		ДПУ-0,5/2, ДПУ- 0,02-2, ДПУ-0,1-2	15	По заявке в течении 2020г.
40	Поверка весов (платформенные)		ВТ-8908 (0- 1000кг)	1	По заявке в течении 2020г.
41	Поверка гири		200г F2, 500г F2	2	По заявке в течении 2020г.
42	Поверка частотомера		ЧЗ-33, ЧЗ-32, ЧЗ- 35А	3	По заявке в течении 2020г.
43	Поверка осциллографа		С1-65, С1-83, С1- 73	2	По заявке в течении 2020г.

Примечание:

- 1.Потенциальный поставщик должен включить все расходы, связанные с оказанием услуг(включая НДС, услуги по поверке, стоимость поверительных пломб и лейбл, расчёт результата расширенной неопределённости).
- 2.Потенциальный поставщик должен предоставить вместе с ценовым предложением цену на услуги по поверке включающую услугу по калибровке средств измерений.
- 3.Поставщик должен предоставить результат расчёта расширенной неопределённости при проведении поверки на каждое средство измерений.