

Техническая спецификация услуг по калибровке образцового ТТ

№ п/п	Номеклатурный номер	Полное наименование услуг	Полная техническая характеристика Услуг			
			Класс точности	Тип средства измерений	Кол-во, шт.	Сроки оказания услуг
1	826101102	Калибровка образцового трансформатора тока	0,05	ТТИП 5000/5	1	По заявке в течении 2020г.
2			0,05	ТЛЛ-35	1	По заявке в течении 2020г.
3			0,02	И-561	3	По заявке в течении 2020г.

Примечания:

- 1 Потенциальный поставщик должен включить все расходы, связанные с, оказанием услуг (включая НДС, услуги по калибровке, стоимость калибровочных пломб и лейбл, расчёт результата расширенной неопределённости).
- 2 Потенциальный поставщик должен предоставить вместе с ценовым предложением цену на услугу по калибровке средств измерений.
- 3 Поставщик должен предоставить результат расчёта расширенной неопределённости при проведении калибровки на каждое средство измерений.
- 4 Услуги оказываются в лаборатории поставщика.

Паспорт закупки

Услуги по калибровке образцового ТТ

1. Наличие у потенциального поставщика Аттеста Аккредитации на калибровку средств измерений области аккредитации на калибровку средств измерений (подтвердить в составе заявки).
2. При заключении договора потенциальный поставщик должен предоставить нотариально заверенную копию Аттеста Аккредитации на калибровку средств измерений и копию области аккредитации по калибровке средств измерений.